

Место хранения: к.155

Наименование метрологической характеристики	Значение характеристики
Диапазон значений, в котором эталон хранит и передает единицу массы, г	от 0,01 до 220 вкл.
Дискретность отсчета – разрешение дисплея эталона, г	0,00001
Расширенная неопределенность эталона ($k=2$), г, в поддиапазонах хранения и передачи единицы массы:	
до 50 г вкл.	0,00015
св. 50 г до 200 г вкл.	0,00020
св. 200 г до 220 г вкл.	0,00025
Пределы допускаемой погрешности, г, в поддиапазонах хранения и передачи единицы массы:	
до 50 г вкл.	0,00015
св. 50 г до 200 г вкл.	0,00020
св. 200 г до 220 г вкл.	0,00025
Среднее квадратическое отклонение случайной составляющей погрешности (стандартная неопределенность по типу A) ($n=10$), г	0,00003

Проверяемая характеристика	Установленное значение	Допускаемое значение
<i>Протокол первичной поверки отсутствует.</i>		

Журнал периодической поверки (калибровки) и технического обслуживания.

[illegible]